



ICONACY™ Orthopedic Implants

## Instruções de Uso

# 68-060000 - Kit de Instrumentais para Patela Iconacy

**Fabricante:**

Iconacy Orthopedic Implants Indústria e Comercio de Produtos Medico Hospitalares Ltda

Endereço: San Jose no. 607 lote 2 Quadra AB

Parque Industrial – Cotia – São Paulo

Cep: 06700-633

Tel.: (11) 4148-3830

Responsável técnico: Gianfranco Della Vittoria

CREA nº: 5063353835

**Nº de Cadastro na Anvisa:** 80297610131

*Cadastramento:* “Declarado Isento de Registro pelo Ministério da Saúde”

**PRODUTO NÃO ESTÉRIL – ESTERILIZAR ANTES DO USO**



ICONACY™ Orthopedic Implants

**Modelos:**

Código	Descrição	Informações gráficas
68-060001	MEDIDOR PATELAR	
68-060010	GUIA DE CORTE TIBIAL	
68-060020	CLAMP PATELAR	
68-060011	GUIA DE BROCA PATELAR	
68-060002	MEDIDOR DE PATELA 28/32/35/38/41	
68-060030	BROCA PATELAR	
68-060288	PROVA PATELAR 28mm H8	
68-060328	PROVA PATELAR 32mm H8	
68-060032	PROVA PATELAR 32mm	
68-060035	PROVA PATELAR 35mm	
68-060038	PROVA PATELAR 38mm	
68-060041	PROVA PATELAR 41mm	



ICONACY™ Orthopedic Implants

68-060004	CAIXA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY	
68-060005	BANDEJA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY	
68-060006	SUPORTE PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY	

#### Formas de apresentação:

Os instrumentais abaixo relacionados são acomodados na 68-060004 - CAIXA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY nas seguintes quantidades:

- 68-060001 - MEDIDOR PATELAR - 1 unidade
- 68-060010 - GUIA DE CORTE TIBIAL - 1 unidade
- 68-060020 - CLAMP PATELAR - 1 unidade
- 68-060011 - GUIA DE BROCA PATELAR - 1 unidade
- 68-060002 - MEDIDOR DE PATELA 28/32/35/38/41 - 1 unidade
- 68-060030 - BROCA PATELAR - 1 unidade
- 68-060288 - PROVA PATELAR 28mm H8 - 1 unidade
- 68-060328 - PROVA PATELAR 32mm H8 - 1 unidade
- 68-060032 - PROVA PATELAR 32mm - 1 unidade
- 68-060035 - PROVA PATELAR 35mm - 1 unidade
- 68-060038 - PROVA PATELAR 38mm - 1 unidade
- 68-060041 - PROVA PATELAR 41mm - 1 unidade
- 68-060005 - BANDEJA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - 1 unidade
- 68-060006 - SUPORTE PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - 1 unidade



ICONACY™ Orthopedic Implants

**Especificações do produto:**

**Indicação de Uso:**

O 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY é indicado para auxiliar o cirurgião médico em procedimentos cirúrgicos de artroplastia de joelho.

**Princípio de Funcionamento:**

Os instrumentais que compõem o 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY foram desenvolvidos para auxiliar o cirurgião médico em procedimentos cirúrgicos de artroplastia de joelho.

**Modo de Uso:**

O **68-060000 - Kit de Instrumentais para Patela Iconacy** deve ser utilizado somente por profissionais qualificados e devidamente treinados de acordo com as técnicas médicas disponíveis e apropriadas para a utilização do produto.

**Instruções Pré-Operatória:** A seleção dos instrumentais é parte integrante do planejamento cirúrgico e deve ser realizada por meio de uma solicitação médica formal que indique a técnica pretendida, as características do instrumento a ser usado e as especificações dos componentes integrantes do sistema de instrumentais. É muito importante realizar uma inspeção minuciosa em cada componente que atente pelas condições de uso e limpeza. A esterilização é obrigatória e deve ter sua eficiência comprovada. A revisão da técnica de instrumentação cirúrgica antes da utilização efetiva torna o procedimento mais eficiente.

**Instruções Intra-operatória:** Os Instrumentais que compõem o **68-060000 - Kit de Instrumentais para Patela Iconacy** servem exclusivamente para auxílio médico, e nunca serão parte integrante dos implantes quanto à permanência no corpo após o procedimento.

**PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO E REUTILIZAÇÃO DO PRODUTO MÉDICO**

**Utilização:**

A utilização dos Instrumentais que compõem o **68-060000 - Kit de Instrumentais para Patela Iconacy** deve sempre ser feita sob orientação técnica e restrita à ambientes clínicos e hospitalares; com os seguintes cuidados:

**Inspeções:** Só poderão ser utilizados os instrumentais submetidos à inspeção técnica prévia.

**Inspeção Técnica:** Os Instrumentais que compõem o **68-060000 - Kit de Instrumentais para Patela Iconacy** antes de serem disponibilizados para uso devem ser submetidos à inspeção técnica por responsável habilitado. As peças reprovadas devem ser separadas para revisão e manutenção pelo fornecedor ou destinadas para descarte. A inspeção deve verificar as características associadas à conservação e a funcionalidade do instrumental, incluindo aspectos superficiais, como manchas, oxidações e danos, além de características pertinentes a cada instrumental, tais como facilidade de articulação e capacidade de apreensão.

**Limpeza:** - Os instrumentais devem ser limpos com álcool para fins médicos a 70% + água destilada 30%. Após limpeza, os produtos devem ser enxaguados com água destilada estéril, e secos com pano de limpeza que não libere fibras.

**IMPORTANTE:** Detergente com cloro livre ou hidróxido de sódio não devem ser usados.



ICONACY™ Orthopedic Implants

**Esterilização:** - Os instrumentais são fornecidos em condições não estéreis, devendo ser esterilizados antes do uso. Para iniciar o processo de esterilização deve-se assegurar que os instrumentais estejam rigorosamente limpos. Recomenda-se a esterilização em autoclave utilizando temperatura e tempo de exposição conforme tabela abaixo, ou de acordo com o método vigente no hospital. É extremamente importante a validação dos parâmetros e processo do tipo específico do equipamento e configuração para colocação dos produtos de cada instituição de saúde, bem como a apropriada manutenção preventiva e corretiva do equipamento de esterilização. Cabe ao operador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a eficácia do processo de esterilização.

Tipo de ciclo	Temperatura (°C)	Pressão (atm)	Tempo de exposição mínimo (minutos)		Tempo de secagem Mínimo (minutos)
			Com embalagem	Sem embalagem	
Pré-vácuo/vácuo pulsante	132	1,83	4	4	30
Pré-vácuo/vácuo pulsante <sup>1</sup>	134	2,96	18	18	
Pré-vácuo/vácuo pulsante <sup>2</sup>	132	1,83	8	8	
<sup>1</sup> Parâmetros de Esterilização recomendados pela OMS nos casos onde há suspeita de contaminação por Doença de Creutzfeldt-Jakob ou encefalopatia espongiforme transmissível					
<sup>2</sup> Parâmetros para Casos para instrumentais sem lugar estabelecido para colocara carga.					

**Nota:** Todo o instrumental deve ser limpo tão logo o término do procedimento cirúrgico, desta forma evitando o endurecimento de líquidos originados do trabalho cirúrgico. Todo processo de limpeza deve ser feito com ordem e cuidado, evitando quedas, batidas que possam comprometer os instrumentais.

### Reutilização:

O processo para reutilização do instrumental cirúrgico envolve, no mínimo, seis etapas básicas: limpeza prévia, descontaminação, lavagem, enxágüe, secagem e esterilização. Recomenda-se que todo instrumental seja limpo imediatamente após o procedimento cirúrgico em que for empregado evitando o endurecimento de sujidades oriundas deste procedimento. A limpeza deve ter uma padronização evitando a disseminação de contaminação e danos ao instrumental. Todo procedimento de limpeza manual deve ser realizado utilizando-se equipamentos de proteção individual apropriados.

Nas operações de limpeza em equipamentos automáticos, as instruções dos fabricantes devem ser rigorosamente seguidas, em especial quanto aos produtos e à qualidade da água a serem empregados.

Em hipótese alguma, deve-se empregar palhas de aço ou outros produtos abrasivos, mesmo os saponáceos para remoção de sujidades remanescentes de qualquer etapa do processo de limpeza.

Deve-se assegurar que o instrumental, estejam livres de qualquer produto de preservação, bem como de qualquer sujidade oriunda da estocagem ou do procedimento de reparo. A presença de produtos não hidrossolúveis pode acarretar a formação de barreiras físicas, protegendo microorganismos da ação de germicidas, bem como proporcionar a retenção de sujidades indesejáveis à posterior utilização do instrumental. A qualidade da água é fator fundamental tanto para o processo de limpeza, quanto para a conservação do instrumental. A presença de elementos particulados, a concentração de elementos ou substâncias químicas, e o desequilíbrio de pH pode deteriorar o instrumento durante o processo de limpeza. A combinação de alguns



ICONACY™ Orthopedic Implants

destes parâmetros pode levar a incrustação de precipitados minerais, não elimináveis na fase de remoção de incrustações de matéria orgânica, bem como à indução do processo de corrosão do aço inoxidável, como no caso de presença excessiva de cloretos. Recomenda-se que a água empregada na lavagem do instrumental esteja de acordo com as exigências de qualidade estabelecida no processo de esterilização.

**Limpeza prévia:** O instrumental deve ser mergulhado, em um recipiente apropriado contendo água e detergente, preferencialmente enzimático, à temperatura ambiente. A seguir, deve ser rigorosamente lavado em água corrente, preferencialmente morna. Essa fase deve sempre ser realizada com água a temperaturas inferiores a 45°C, pois temperaturas mais elevadas causam a coagulação das proteínas, dificultando o processo de remoção de incrustações do instrumental.

**Descontaminação:** - É feita através da imersão do instrumental, em um recipiente apropriado contendo solução de desinfetante em água, à temperatura ambiente (desinfecção química), ou em banho aquecido (desinfecção termoquímica). O tempo de imersão do instrumental depende tanto da temperatura de operação, quanto da diluição, e do tipo de desinfetante empregado.

**Lavagem:** - As peças devem ser totalmente escovadas, com escova de cerdas macias, dando-se especial atenção às articulações, serrilhas e cremalheiras. Especial atenção deve ser dada às áreas de difícil acesso, onde pode ocorrer a retenção de tecidos orgânicos e a deposição de secreções ou soluções desinfetantes.

**Enxágüe:** - O instrumental deve ser enxaguado, abundantemente, em água corrente.

Recomenda-se a utilização de água aquecida para o enxágüe do instrumental.

**Secagem:-** Deve-se assegurar que os processos de secagem não introduzam umidade, partículas ou felpas na superfície do instrumental.

Recomenda-se que o tecido seja absorvente e macio.

**Esterilização:** - Os instrumentais devem ser esterilizados antes do uso. Para iniciar o processo de esterilização deve-se assegurar que os instrumentais estejam rigorosamente limpos. Recomenda-se a esterilização em autoclave utilizando temperatura e tempo de exposição conforme tabela abaixo, ou de acordo com o método vigente no hospital. É extremamente importante a validação dos parâmetros e processo do tipo específico do equipamento e configuração para colocação dos produtos de cada instituição de saúde, bem como a apropriada manutenção preventiva e corretiva do equipamento de esterilização. Cabe ao operador validar todos os ciclos de esterilização e verificar a eficácia do processo de esterilização.

Tipo de ciclo	Temperatura (°C)	Pressão (atm)	Tempo de exposição mínimo (minutos)		Tempo de secagem Mínimo (minutos)
			Com embalagem	Sem embalagem	
Pré-vácuo/vácuo pulsante	132	1,83	4	4	30
Pré-vácuo/vácuo pulsante <sup>1</sup>	134	2,96	18	18	
Pré-vácuo/vácuo pulsante <sup>2</sup>	132	1,83	8	8	

<sup>1</sup>Parâmetros de Esterilização recomendados pela OMS nos casos onde há suspeita de contaminação por Doença de Creutzfeldt-Jakob ou encefalopatia espongiforme transmissível

<sup>2</sup>Parâmetros para Cases para instrumentais sem lugar estabelecido para colocara carga.

**Descarte:** O descarte de peças desqualificadas deve ser feito sob avaliação e orientação técnica.



ICONACY™ Orthopedic Implants

Após a substituição, destruir os componentes danificados evitando o uso posterior de forma indevida.

#### **Composição:**

68-060001 - MEDIDOR PATELAR - AÇO INOX ASTM F899  
68-060010 - GUIA DE CORTE TIBIAL - AÇO INOX ASTM F899  
68-060020 - CLAMP PATELAR - AÇO INOX ASTM F899 / COPOLÍMERO ACETAL  
68-060011 - GUIA DE BROCA PATELAR - AÇO INOX ASTM F899  
68-060002 - MEDIDOR DE PATELA 28/32/35/38/41 - AÇO INOX ASTM F899  
68-060030 - BROCA PATELAR - AÇO INOX ASTM F899  
68-060288 - PROVA PATELAR 28mm H8 - PROPYLUX  
68-060328 - PROVA PATELAR 32mm H8 - PROPYLUX  
68-060032 - PROVA PATELAR 32mm - PROPYLUX  
68-060035 - PROVA PATELAR 35mm - PROPYLUX  
68-060038 - PROVA PATELAR 38mm - PROPYLUX  
68-060041 - PROVA PATELAR 41mm - PROPYLUX  
68-060004 - CAIXA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - ALUMÍNIO B221M / PPSU / AÇO INOX ASTM F899  
68-060005 - BANDEJA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - ALUMÍNIO B221M / PPSU / AÇO INOX ASTM F899  
68-060006 - SUPORTE PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - AÇO INOX ASTM F899

#### **Dimensões:**

68-060001 - MEDIDOR PATELAR - 72,0 mm x 62,6 mm  
68-060010 - GUIA DE CORTE TIBIAL - 293,6 mm  
68-060020 - CLAMP PATELAR - 354 mm  
68-060011 - GUIA DE BROCA PATELAR - 256,3 mm x 12,3 mm  
68-060002 - MEDIDOR DE PATELA 28/32/35/38/41 - 249,3 mm x 11,4 mm  
68-060030 - BROCA PATELAR - 129,0 mm x 24,3 mm  
68-060288 - PROVA PATELAR 28mm H8 - 8 mm x Ø28 mm  
68-060328 - PROVA PATELAR 32mm H8 - 8 mm x Ø32 mm  
68-060032 - PROVA PATELAR 32mm - 10 mm x Ø32 mm  
68-060035 - PROVA PATELAR 35mm - 10 mm x Ø35 mm  
68-060038 - PROVA PATELAR 38mm - 10 mm x Ø38 mm  
68-060041 - PROVA PATELAR 41mm - 10 mm x Ø41 mm  
68-060004 - CAIXA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - 254 mm x 534 mm  
68-060005 - BANDEJA PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - 65 mm x 250 mm x 535 mm  
68-060006 - SUPORTE PARA O KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY - 30 mm x 250 mm x 535 mm

#### **Esterilização:**

O 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY deve ser esterilizado antes de ser utilizado de acordo com o protocolo de validação do processo de esterilização à vapor segundo ABNT NBR ISO 17665-1:2010. Ver parâmetros de esterilização no Modo de Uso.

#### **Condições de armazenamento:**

O 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY deve ser armazenado de forma a manter sua configuração, integridade e característica mecânica. Na estocagem, o material deverá permanecer limpo, seco e embalado. Todas as pontas ou bordas afiadas devem



ICONACY™ Orthopedic Implants

estar protegidas adequadamente para impedir danos aos instrumentais e à embalagem. O ambiente de armazenamento deve ser seco, limpo e isento de contaminação particulada.

**Condições de transporte:**

O 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY deve ser transportado e manuseado de forma a impedir qualquer dano ou alteração nas suas características.

**Condições de manipulação:**

O 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY deve ser manipulado cuidadosamente, em pequenos lotes, evitando-se batidas ou quedas.

**Advertências:**

PRODUTO NÃO-ESTÉRIL, ESTERILIZAR ANTES DO USO.

A familiaridade e atenção às técnicas cirúrgicas utilizadas com este produto são imperativas para que se possa atingir melhores resultados.

Use somente produtos que não estejam danificados, ou seja, que estiverem com o estado superficial íntegros. Qualquer instrumental que tenha caído ou sido mal manuseado e que seja suspeito de ter sofrido dano não deverá ser utilizado.

**Precauções:**

Não use o 68-060000 - KIT DE INSTRUMENTAIS PARA PATELA ICONACY para outro fim que não seja o seu fim designado.

O manuseio com rudez do instrumental pode danificá-lo.

Verificar a integridade da embalagem e do produto, em caso de dúvida não utilizar o mesmo

Descarte e não use instrumentais danificados. Recomenda-se que os instrumentais danificados sejam descartados no lixo hospitalar conforme as normas da autoridade sanitária local.

**Contraindicações:**

Não se aplica.

**Efeitos adversos**

Não se aplica.

**Normas técnicas e regulamentações**

RDC 16/2013, ASTM F899, ASTM F75, ISO 5832-4 e ABNT NBR ISO 17665-1:2010.